Cómo usar su glucómetro (G-427B)

ANTES DE COMENZAR:

Para cargar su dispositivo, conecte un extremo del cable de carga al puerto del dispositivo y el otro extremo al cargador de pared. Enchufe el cargador de pared a la toma de corriente. 3–4 horas son suficientes para cargar su dispositivo. Desconecte el dispositivo del cargador antes de usarlo.

1

Lávese las manos con agua y jabón.

2



Desenrosque la tapa del dispositivo de punción.

3

Inserte firmemente la lanceta en la parte inferior del dispositivo de punción hasta escuchar un clic.



Jale la parte gris inferior del dispositivo para bloquear la lanceta en su lugar.

4



Gire la lengüeta circular y retírela suavemente.

5

Coloque nuevamente la tapa y ajuste el nivel adecuado (usualmente el nivel 3).



6

Asegúrese de que el dispositivo no esté conectado y luego inserte una tira reactiva con el lado azul hacia arriba.

7

Presione el dedo hasta notar un leve cambio de color.

Luego pinche la yema del dedo presionando el botón debajo del símbolo de corazón.

8

Coloque la punta de la tira cerca de la gota de sangre hasta que esta entre en la tira.

9



La conexión comenzará y en la esquina inferior izquierda parpadeará "en tránsito".

Espere hasta que el dispositivo muestre "Transmisión exitosa" y se apagará

10

Expulse la tira reactiva usada e inmediatamente presione el botón de expulsión para desechar la lanceta usada en el recipiente plástico viejo.